



При этом изображения, получаемые в результате проведения томосинтеза (цифровые томограммы) на разных аппаратах, несколько отличаются друг от друга по представлению (рис. 19). Ввиду различных методик получения исходных томограмм, а также исполь-

зования разных алгоритмов обработки «сырых» данных восстановленные срезы одних и тех же органов, полученные на различной аппаратуре, могут существенно отличаться друг от друга, что требует от врача-рентгенолога определенных навыков.

